



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Sayı : 33441611.934-01-03
Konu : Revir Malzemesi Alımı

05/03/2024

Sayın.....

Üniversitemiz Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen özelliklere göre “Revir Malzemesi Alımı” işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili mal / malzemenin firmanız tarafından temini mümkün ise 08/03/2024 tarihi saat 11:30’a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.


Bekir ATICI
Satınalma Şube Müdürü

NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ / YAYINLAMIS OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR
- ZAMANINDA VERİLMİYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ
- ÖDEME MALZEME VE HİZMET TESLİMİNE MÜTEAKİP CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI DOĞRULTUSUNDA 30 GÜNDÜR.
- ÜRÜN TESLİMİ SONUÇ BİLDİRİMİNDEN İTİBARET 7 GÜNDÜR.

S.N	Mal/Hizmetin Adı	Miktar	B. Fiyat	Tutar
1	Enjektör -5cc (250 adet/1 kutu)	1 Kutu		
2	Enjektör -10 Cc (100 adet/1 kutu)	1 Kutu		
3	Dijital temassız ateş ölçer	4 Adet		
4	Koltuk altı dijital termometre teknik şartnamesi	10 Adet		
5	Klasik roll band (yara bandı, 10’arlı kutu)	50 Kutu		

TOPLAM	
KDV %	
GENEL TOPLAM	

Ek: 1 sayfa teknik şartname

REVİR İHTİYAÇLARI VE TEKNİK ŞARTNAMESLERİ

1- ENJEKTÖR -5CC (250 ADET/1 KUTU)

1. CC(ml) değerleri üzerinde olmalıdır
2. Enjektör pistonu kolay itilebilmeli ve itilme esnasında piston kısmında hava ya da sıvıyı geriye kaçırmamalıdır
3. Enjektörler üç parçalı olmalıdır.
4. Teker teker steril paketler halinde ve en çok 100-250 adet enjektör ihtiva eden 1 kutu şeklinde teslim edilecektir.
5. Ambalajların üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği açıkça belirtilmelidir
6. Son kullanma tarihi ve ürün temin edilen tarih arasında **en az 3 yıl** süre olmalıdır

2- ENJEKTÖR -10 CC (100 ADET/1 KUTU)

1. CC(ml) değerleri üzerinde olmalıdır
2. Enjektör pistonu kolay itilebilmeli ve itilme esnasında piston kısmında hava ya da sıvıyı geriye kaçırmamalıdır
3. Enjektörler üç parçalı olmalıdır.
4. Teker teker steril paketler halinde ve en çok 100-250 adet enjektör ihtiva eden kutu şeklinde teslim edilecektir
5. Ambalajların üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği açıkça belirtilmelidir
6. Son kullanma tarihi ve ürün temin edilen tarih arasında **en az 3 yıl** süre olmalıdır

3- DIGITAL TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER(4 ADET)

1. Cihaz 'insan vücut ısısını' ölçmek için 93/42/EEC medikal cihaz protokolüne göre sertifikalandırılmış olmalıdır.
2. Cihazın klinik kullanıma uygunluğu belgelendirilecektir.
3. Ölçümleri Celcius cinsinden en az 33 oC ila 42 oC arasında yapabilmelidir.
4. Ateş ölçerin vücut sıcaklığı ölçümü için yaydığı infrared ışınları göze zarar vermemelidir. 5. Programlanabilen alt ve üst limitleri aşan bir ölçüm olduğunda sesli ve aydınlatmalı bir LCD ekrana sahip olmalı ve ölçümden en fazla 5 saniye sonra cihaz kendini otomatik olarak kapatarak tasarruf moduna geçmelidir.
6. Ekran göstergesi 00,00C formatında olmalıdır ve ölçüm doğruluğu en fazla $\pm 0,2$ oC olmalıdır.
7. Cihaz ölçüm yaparken temas etmemeli, herhangi bir prob, kılıf veya işaretleyici kullanılmasını gerektirmemeli ve ölçümlerden sonra temizliğe ve dezenfeksiyona ihtiyaç duymamalıdır.
8. Cilde en çok 5 cm yaklaştırıldığında, en fazla 1 saniyede doğru ve güvenli ölçüm yapabilmeli ve ikinci bir ölçüme en fazla 3 saniyede hazır olmalıdır.
9. İstenildiğinde yüzey ısısını ölçebilmelidir.
10. Cihaz AA pillerle çalışabilmeli, en fazla 250 gr olmalıdır.
11. Cihazla beraber Türkçe kullanım kılavuzu verilmelidir.
12. UBB kaydı olmalıdır.
13. Cihazın etkinliğini ve güvenilirliğini kanıtlayan bir klinik çalışma referans olarak sunulmalıdır.
14. Cihaz gerektiğinde dezenfekte edilebilir özellikte olmalıdır.
15. Cihazın pil tipi AA boyutunda olmalıdır. En az 8 adet yedek pille birlikte verilecektir.
16. Cihazın yaklaşık 20 ölçüm kapasitesine sahip hafızası olmalıdır.
17. En az 2 yıl garantili olacaktır.
18. Arızalanan cihazın yerine firma tarafından en geç 24-48 saat içerisinde aynı özellikte başka cihaz yedek olarak temin edilecektir

4- KOLTUK ALTI DİJİTAL TERMOMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ (10 ADET)

1. MT 60 Ölçüm aralığı: 32.0 ° C - 42.9 ° C Ölçüm doğruluğu: $\pm 0,1$ ° C, 34 ° C ila 42 ° C arasında Pil: 1,5 / 1,55 V pilli
2. Su geçirmeyen özelliğe sahip.
3. 5 yıl birebir değişim garantili,
4. Otomatik kapanma, otomatik self test özellikli,
5. Hafıza ve düşük pil göstergesi olan,
6. Yeni sağlık önergesi gereği cıva içermemeli,
7. Her türlü ortamda kolay kullanım özelliğine sahip
8. 5 yıl birebir değişim garantisi olmalıdır.
9. En az 2 adet yedek piliyle birlikte teslim edilmelidir.

5- KLASİK ROLL BAND (YARA BANDI) TEKNİK ŞARTNAMESİ(50 ADET 10'ARLI KUTU)

1. Roll Bant Klasik Yara Bandı her kutu içerisinde 10'ar adet bulunmalıdır

2. Suyu dayanıklı olmalıdır.
3. Dokuya zarar vermeden kapatan, hava geçirme özelliğine sahip olmalıdır.
4. Kolay uygulanır ve çıkarılır olmalıdır
5. Tek kullanımlıktır
- 6- Raf ömrü ve teslim tarihi arasında en az **2 yıl** olmalıdır.