

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

08.03.2024

Sayı : / DT - 20

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	ÖLÇÜ KARIŞTIRMA CİHAZI		1	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1.) ÖLÇÜ KARIŞTIRMA CİHAZI

1. Cihaz 380 ml ölçüsündeki A-Silikon kartuşlarını otomatik olarak karıştırmalıdır.
2. Cihaz iki ayrı hız seçeneğine sahip olmalıdır. Hızlı zamanda en az 155 ml/dk'da heavy body ya da putty kıvamlı ölçüyü, yavaşta ise en az 70 ml/dk'da medium kıvamlı ölçü maddesini şırınga yardımı ile karıştırabilmelidir.
3. Motorlu pistonlara sahip olmalı, böylelikle en az 3 saniyede kartuş değişimine imkân vermelidir.
4. Masa üstüne ya da istenildiğinde duvara monte edilebilme özelliğine sahip olmalıdır.
5. Cihaz, şeffaf bir plastik kapağa sahip olmalıdır. Ayrıca kartuş içinde kalan ölçü maddesini takip etmek için cihaz üzerinde gösterge olmalıdır.
6. Kartuşta kalan malzeme bir ölçü kaşığı kadar kaldığında sarı "Artık seviye" LED'i yanarak uyarı yapmalıdır
7. Cihazın kapağı açık iken, ölçü karıştırma tuşları çalışmamalıdır.
8. Cihazın ağırlığı en fazla 7 kg olmalıdır.
9. Çalışma esnasında gürültü seviyesi en fazla 70 dB (A)'yı olmalıdır.
10. Cihaz 230 V ve 50/60 Hz ile çalışmalıdır.
11. Cihaz en az 3 yıl garantili ve 10 yıl yedek parça bulundurma zorunluluğu olmalıdır.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 18.03.2024 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.