

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

15.03.2024

Sayı : / DT - 26

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	IŞINLI DOLGU (LED) CİHAZI		5	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) IŞINLI DOLGU (LED) CİHAZI

- 1) Cihaz LED ışıklı olmalıdır.
- 2) Cihaz Kablosuz mobil sistem olarak çalışan olmalıdır.
- 3) Cihaz farklı çalışma programı olmalıdır.
- 4) Standart program P2 Modu : 1000/1200 W/cm² : 5,10,15,20 sn
Turbo program P1 Modu : 2300/2500 W/cm² : 1 ve 3 sn
- 5) Cihazda Zaman ayar düğmesi ve başlama/durdurma düğmesi içermelidir.
- 6) Cihazın başlığı metal olup 360 derece dönebilmelidir.
- 7) Cihazın mavi led ışığı 5 wolt olmalıdır.
- 8) Cihazda turuncu renkte koruyucu kon olmalıdır.
- 9) Cihaz istirahat konumunda en fazla 120 saniye bekledikten sonra otomatik olarak kapanmalıdır veya uyku moduna geçmelidir.
- 10) Çalışma panelini açmak için zaman ayar veya açma kapama düğmesine basıldığında, dijital gösterge ilk olarak önceki çalışma devresinde ayarlanmış polimerizasyon süresini göstermelidir.
- 11) Soğutma gerektirmeyen LED sistem olmalıdır veya özel bir kendinden soğutma sistemiyle üretilmiş olmalıdır.
- 12) En az 1000-3000 Mw/cm² ışık gücüne sahip olmalıdır.
- 13) Tüketim: yaklaşık 5 Watt olmalıdır.
- 14) Batarya voltaj kapasitesi 3.6V /2000 mAh
- 15) Adaptör gücü 100 V- 240 V 50Hz/60Hz olmalıdır
- 16) Dalga boyu: 385 - 515 Nm olmalıdır.
- 17) Fiber optik ucu ÇAPI Ø 8-10 mm olmalıdır.
- 18) Ağırlığı 278 gr olmalıdır.
- 19) Boyutları 240mm×25 mm×25 mm olmalıdır.
- 20) Cihaz Pilinin garantisi en az 2 yıl olmalıdır.
- 21) Cihaz bataryası lityum i-on pilden oluşmalıdır.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
<u>TEKLİFLERİN EN GEÇ 25.03.2024 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.</u>