

T.C
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Diş Hekimliği Fakültesi

11.10.2024

Sayı : DT- 24/186
Konu : Teklif Talebi Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka/Model	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (KDV'siz)	Toplam Fiyat (KDV'siz)
1	ISI VE NEM ÖLÇER		30	ADET		
GENEL TOPLAM						

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satın Alma Birimi)
Fax : 0 (352) 438 06 10
E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK ŞARTNAME

1 ISI VE NEM ÖLÇER

- 1 CİHAZ DİJİTAL OLMALIDIR.
- 2 CİHAZ LCD EKLAN OLMALIDIR.
- 3 SICAKLIK ÖLÇÜM ARALIĞI -20C + 50 C KARŞILAMALIDIR.
- 4 SICAKLIK HASSASİYETİ (+ /- 0,1 C) OLMALIDIR.
- 5 NEM ÖLÇÜM ARALIĞI %20 - %70 KARŞILAMALIDIR.
- 6 NEM ÖLÇÜM HASSASİYETİ % 1 OLMALIDIR.
- 7 ISI VE NEM İÇİN AYRI MAX / MIN ALARM ARALIĞI OLMALI SAAT FONKSİYONU OLMALIDIR.
- 8 GÜÇ KAYNAĞI 1 X 1,5 V (AAA) PİLLERLE ÇALIŞABİLİR OLMALIDIR.
- 9 EN AZ 30 GÜNLÜK HAFIZA KAPASİTESİNE SAHİP OLMALIDIR.
- 10 CİHAZIN TEPKİ SÜRESİ 10 SN OLMALIDIR
- 11 CİHAZ DUVARA ASILABİLMELİDİR VE MASA ÜSTÜNDE AYAKLARI VASITASI İLE KOLAYCA KULLANILABİLİR OLMALIDIR.BUZDOLABI ISI ÖLÇER OLARAKDA KULLANILABİLMELİDİR.
- 12 CİHAZLAR TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.
- 13- ÜRÜNLER KALİBRASYONU YAPILMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.
- 14- TESLİM TARİHİ İTİBARIYLA 1 (YIL) GEÇERLİ KALİBRASYONU OLMALIDIR.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARDA YAZILI ÜRÜNÜN FEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İHTİBAREN **15 GÜN İÇERİSİNDE** DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DEPOSUNA TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ GÖZETİMİNDE VE MESAI SAATLERİ İÇERİSİNDE EN GEÇ 17:00' E KADAR TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMİYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN REDDEDİLİR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,KDV HARİÇ, **MARKASI** VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 21.10.2024 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.