



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sayı : 68056880 - 934.01 - 683
Konu : Teklif Verilmesi

13/10/2017

Sayın.....

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Polikliniğinde kullanılmakta olan oftalmik ünitleri tamamlamak üzere ekte sunulan şartnameye uygun 2 adet Biyomikroskop Cihazına ihtiyaç duyulmaktadır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre (doğrudan temin) satın alınacak olan cihazların, tarafınızdan temini mümkün ise 23 Ekim 2017, saat 14.00 tarihine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Bürosuna teklif verilmesi konusunda gereğini rica ederim.

Şengül KOÇYİĞİT
Satınalma Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Miktar	Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	Biyomikroskop	2 adet		

EK: Teknik şartname (2 s.)

NOT:

1. Zamanında verilmeyen açık adres, kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Teklif zarfları kapalı olmalı, teklif konusu ve irtibattaki satınalma personelinin ismi zarfın üzerinde yazılı olmalıdır.
3. Teklif edilen ürünlerin markası ve modeli teklif mektubunda yazılmalıdır.
4. Teklif edilen ürünlerin birim fiyatı rakam ve yazı ile yazılacaktır.
5. Teklifler TL cinsinden KDV hariç verilecektir.
6. Teklif mektubunda teslim süresi belirtilecektir.
7. Postadaki ve kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
8. Teklif mektubunda teknik şartnameye birebir cevap verilecek olup, teknik şartnamede istenen bilgi ve belgeler varsa ilgili birime teslim edilecektir.
9. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
10. Faks, elektronik posta yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.
11. Paket teklif üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

ADRES:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Kayseri

İrtibat: Yeşim Sarıkaya

Tel: 0 352 207 66 66 – 10326

Uzman Üyeler:

Prof.Dr. Galip Ertuğrul MİRZA
0 352 207 66 66 – 20404

5X BÜYÜTMELİ BİYOMİKROSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Biyomikroskop Galileo Tipi, Büyütmesi Değişebilen, Konverjan Binoküler Tüplü Olmalıdır.
- 2- Biyomikroskop, Tek Joystick Vasıtasıyla İleri, Geri, Sağa, Sola, Yukarı, Aşağı Kumanda Edilmelidir.
- 3- Biyomikroskopun Opsiyonel Fotoğraf Sistemine Joystick Üzerindeki Düğme İle Kumanda Edilmelidir.
- 4- Biyomikroskop, Gövdeden Anahtar Vasıtasıyla Kumanda Edilen Beş Büyütme Yapmalı Ve Bunlar 6x 10x, 16x, 25x Ve 40x veya 6.3x 10x, 16x, 25x Ve 40x Gücünde Olmalıdır.
- 5- Biomikroskopun Oküler Püpil Aralığı 55-78 Mm Arasında Ayarlanmalı Ve -5/+5 Diyoptri Ayarı Olmalıdır.
- 6- Biyomikroskopun Slit Genişliği Kademesiz Olarak 1-14 Mm Arasında, Olmalıdır.
- 7- Biyomikroskopun Slit Uzunluğu 0-14 Mm Arasında, Olmalıdır.
- 8- Biyomikroskopun Slit Açısı 0-180 Derece Arası Olmalı Ve Yatay Tarama Yapmalıdır.
- 9- Biyomikroskopun Slit Eğimi Kademeli Olarak 5-10-15-20 Derecelerde Olmalıdır.
- 10- Biyomikroskopta Kobalt Mavi, Red-Free, Nd %13 veya Kobalt Mavi, Red-Free, Nd %10 Filtreler Olmalıdır.
- 11- Biyomikroskop Halojen Aydınlatma Sistemli Olmalı, 12v-30w Halojen Ampul veya Led Kullanmalıdır. Her biyomikroskop ile beraber 5 adet yedek ampul verilecektir.
- 12- **Biyomikroskoba Opsiyonel Olarak Özel Ataçmanla Oküler İle Gövde Arasına Bağlanan, Video Ve Resim Çekme Özelliği Olan enaz 5 Megapixel Çözünürlüklü, Biyomikroskop İle Aynı Markadan Usb 2.0 veya 3.0 Bağlantılı Dijital Fotoğraf Modülü takılabilmeli aynı marka bilgisayar programına görüntü ve video aktarabilmelidir.**
- 13- **Biyomikroskobda amber filitre veya history trigger diyafram sistemi olmalıdır.**
- 14- **Biyomikroskoba, Opsiyonel olarak aynı marka oct, veya fundus kamera modülü Bağlanabilmelidir.**
- 15- Biyomikroskopun Görüntü Aydınlatma Ayarı Kademesiz, Reostalı Tip Olmalı Ve Kullanım Kolaylığı İçin Joystick Yakınlarında Bir Yerde veya masada Bulunmalıdır.
- 16- Biyomikroskop Ac 100-120-220 Ve 240 V. İle Çalışabilen Voltaj Seçicisine Sahip Olmalıdır.
- 17- Biyomikroskoba Opsiyonel Olarak Sarı Filtre, Diafragm, Takılabilmelidir.
- 18- Cizala Birlikte **Üstten Askılı Tip Aplanasyon Tonometresi** Verilmelidir. Aplanasyon tonometresi cihazla uyumlu olmalıdır. Aplanasyon tonometresi uyumu ve ölçüm doğruluğu test edilerek kabul edilecektir.
- 19- Biyomikroskop hasta üniti üzerine monte edilerek kullanabilir olmalıdır.

GARANTİ VE MONTAJ:

1. Her türlü işçilik, materyal ve montaj hatalarına karşı montaj tarihinden itibaren en az (2) iki yıl süre ile garantili olmalıdır. Garanti süresinin bitiminden itibaren ise en az 10 (on) yıl süreyle ücreti karşılığında bakım, onarım ve yedek parça temin garantisi verilmelidir.
2. Garanti, cihazın müteahhit firma teknik elemanlarınca kullanım mahallinde ücretsiz olarak monte edilerek çalışır halde teslim tarihinden itibaren başlayacaktır.

Prof. Dr. G. İzzettin Mirza
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dp. No: 2644663
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri