



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sayı : 68056880 - 934.01 - 424
Konu : Teklif Verilmesi

02/11/2018

Sayın.....

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı **Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı**'nda kullanılmak üzere ekte sunulan şartnameye uygun **1 adet Ürodinami Sistemi Donanım/Yazılım Yükseltmesi** alımına ihtiyaç duyulmaktadır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre (doğrudan temin) satın alınacak olan, tarafınızdan temini mümkün ise **9 Kasım 2018, saat 10.00** tarihine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Bürosuna teklif verilmesi konusunda gereğini rica ederim.

Sengül KOÇYİĞİT
Satınalma Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Miktar	Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	Ürodinami Sistemi Donanım/Yazılım Yükseltmesi	1 adet		

TOPLAM	
KDV %	
GENEL TOPLAM	

EK: Teknik şartname (2 s.)

NOT:

1. Zamanında verilmeyen açık adres, kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Teklif zarfları kapalı olmalı, teklif konusu ve irtibattaki satınalma personelinin ismi zarfın üzerinde yazılı olmalıdır.
3. Teklif edilen ürünlerin markası ve modeli teklif mektubunda yazılmalıdır.
4. Teklif edilen ürünlerin birim fiyatı rakam ve yazı ile yazılacaktır.
5. Teklifler TL cinsinden KDV hariç verilecektir.
6. Teklif mektubunda teslim süresi belirtilecektir.
7. Postadaki ve kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
8. Teklif mektubunda teknik şartnameye birebir cevap verilecek olup, teknik şartnamede istenen bilgi ve belgeler varsa ilgili birime teslim edilecektir.
9. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
10. Faks, elektronik posta yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.
11. Paket teklif üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
12. **TEKLİFLE BİRLİKTE İLGİLİ FİRMAYA AİT TİCARET SİCİL GAZETESİ SURETİ VERİLECEKTİR.**
13. **SÖZLEŞME İMZALANACAKTIR.**

ADRES:


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Kayseri

İrtibat:


Yeşim Sarıkaya
0 352 437 49 14
0 352 207 66 66 – 10326

Uzman Üyeler:

Prof.Dr. Kerametdin Uğur ÖZKAN ve Prof.Dr. Cüneyt TURAN
0 352 207 66 66 – 21800 ve 22202



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
TIBBİ CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ



Sayfa 1 / 2

Teknik Şartname No :2018/3105/01
Tarih :31/05/2018

CİHAZ ADI	Ürodinami Sistemi Donanım/Yazılım Yükseltmesi Teknik Şartnamesi
TEKLİF DOSYASINDA İSTENEN BELGELER	- İstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE'nin "Hizmet Yeterlilik Belgesi" ve/veya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi" - TİTUBB Ürün Onay Belgesi: İsteklinin teklif ettiği ürün/ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 93/42/EEC MDD, 90/385/EEC AIMDD ve 98/79/EC IVDD kapsamında ise - Firma / Bayi Kodu Belgesi - İstekli, satışını teklif ettiği cihaz/ürün/sistemin teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve opsiyonel (isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren tanıtım broşürünü veya kitap/kitapçığını teklif dosyasına eklemek zorundadır. Başka bir dilde sunulan dokümanlar onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. - İhaleye katılan yetkili firmalar aşağıda belirtilen maddelerin her birini kabul ettiğine ve şartlara uyacağına dair yazılı olarak genel taahhüt verecektir.
TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER	TANIM: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları ABD bünyesinde kullanılmakta olan ürodinami cihazının daha verimli çalışabilmesi için aşağıda belirtilen yazılım ve donanım yükseltmelerinin (upgrade) yapılması gerekmektedir. - Sistem, bölümde bulunan mevcut ürodinami sistemine modifiye edilerek, ek bir cihaz gerektirmeden havalı ölçüm yapılabilir duruma getirilmelidir. - Sisteme takılacak 2 kanallı basınç transdüzerinin ölçüm aralığının alt sınırı en fazla -50 mmHg üst sınırı ise en az 400 mmHg olacaktır. - Cihaza ait tüm ölçüm sistemlerinin kalibrasyonları yapılacaktır. - Sistemde mevcut hasta bilgileri yenilenen PC'ye eksiksiz aktarılmalıdır.
TESLİMAT VE GARANTİ ŞARTLARI	- Yüklenici, yükseltme işlemi bittikten sonra son kabul ve fonksiyon testlerini yapmalı, bu testler sırasında alıcı temsilcileri hazır bulunmalı ve testlere ilişkin masraflar yüklenici tarafından karşılanmalıdır. Yüklenici bu testlere ait bir rapor hazırlayıp, E.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Klinik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından belirlenen teknik elemana teslim etmekle yükümlüdür. Eğitim ve Dokümantasyon Şartlarında belirtilen koşullar yerine getirilmeden ve fonksiyon testlerinde tüm fonksiyonları ile çalışır durumda olmayan sistem, kesinlikle teslim alınmayacaktır. - Yükseltme için kullanılacak tüm parçalar kullanılmamış olmalıdır. Yüklenici genel sorumlu statüsünde olduğundan, sistemde kullanılan ve başka firmalar tarafından üretilen diğer bileşenlerden de sorumlu olacaktır. Aynı zamanda sistem; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilecektir. Daha önce "demo" amaçlı olarak kullanılmış sistem teslim edilmeyecektir. - Tasarım ve imalat hatası nedeniyle upgrade esnasında meydana gelebilecek kazalardan ve her türlü maddi hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır. - Upgrade için sisteme dahil edilen tüm bileşenler her türlü üretici hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisine ve 2 (iki) yıl sonunda en az 8 (sekiz) yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça ve bakım garantisine sahip olacaktır.
EĞİTİM VE DOKÜMANTASYON	İstekliler, upgrade için istenilen tüm bileşenlerin teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve isteğe bağlı (opsiyonel) aksesuar listelerini ve tüm dış görünümünü açık ve net olarak


İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Prof. Dr. Keremettin Uğur OKAN
Çocuk Cerrahisi A.B.D. Çocuk Ürolojisi Uzmanı
Dip. No: 52365 / Tıp. No: 91400
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Prof. Dr. Cüneyt TURAN
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
Dip. Tes. No: 38535
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
TIBBİ CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ



Sayfa 2 / 2

ŞARTLARI

- gösteren tam boy resimleri de içeren tanıtım broşür veya kitap/kitapçığını, teklif dosyasında vermelidir.
- Yüklenici, kurumun istemesi durumunda Klinik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin belirleyeceği elemanları, sistemin tüm fonksiyonlarını kusursuz şekilde kullanabilir ve aynı zamanda bakımını yapabilir profesyonel kullanıcı olarak ücretsiz olarak eğitmekle yükümlüdür. Söz konusu bu eğitimler upgrade bileşenlerinin satın alma işlemleri tamamlandıktan sonra başlar ve kullanıcılar sistemi hatasız kullanır hale gelip, sistem teslim alındıktan sonra sona erer. Bahsi geçen işbu eğitimlerin sonucunda eğitimi alan her elemana operatör ve periyodik bakım dokümanları (Fasikül, manuel, kitapçık vb) verilecektir. Bu dokümanlar Türkçe ve/veya İngilizce olarak teslim edilecektir.
 - Yüklenici, varsa yükseltme bileşenlerinin periyodik bakım ve kalibrasyon işlemlerinin hangi koşullarda, hangi sıklıkla tekrarlanması gerektiği ve bu işlemler için ne gibi teçhizata (cihaz, alet, kalibrasyon kiti, vb) gerek olduğunu ve bu teçhizatın temin edilebileceği en az bir firmanın adı, açık adresi ve telefon numaralarını, liste halinde cihazların teslimatı sırasında E.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü veya Klinik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından belirlenecek yetkili teknik personele teslim edecektir.

KONTROL
(Adı/Soyadı/İmza)

Kemal KAYA
Elektronik Y. Müh.
Klinik Mühendisliği Birimi

ONAY
(Adı/Soyadı/İmza)

Prof. Dr. Kenan DANIŞMAN
Müdür
Klinik Müh. Ars. ve Uyg. Mrk.

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Prof. Dr. Keremettin Uğur ÖZKAN
Çocuk Cerrahisi, Çocuk Ürolojisi Anabilim Dalı
Dip. No: 38535, Dip. Tes. No: 38535

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Prof. Dr. Cüneyt TURAN
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
Dip. Tes. No: 38535

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)