

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Sayı : / 005

19.04.2019

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Doç. Dr. Zafer SEZER

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1.	Uyuşturucu Tarama Kart Test (multi 6 lı)	400	ADET
2.	Kotinin Testi	200	ADET

S.No	TEKNİK ŞARTNAME
1	Uyuşturucu Tarama Kart Test (multi 6 lı) 1.(AMP,BAR,BZD,COC,MOR/OPI,THC) maddeleri taranabilmelidir. 2.idrarda tayin yapılmalıdır. 3. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. 4.Güvenilir olmalıdır. 5. Teslim tarihi belirtilmelidir.
2.	Kotinin Testi: 1- Kotinin, nikotin tarama strip testi, İdrarda Kotinin (COT) maddesinin kalitatif tespiti için kullanılabilir. 2- Test immunokromotografik ölçüm teknolojisini kullanmalıdır. 3- Testin doğru uygulandığını gösterecek şekilde dahili bir kontrol mekanizması bulunmalıdır. 4- Testler herhangi bir solüsyona ve cihaza gerek olmadan manuel olarak kolayca okunabilmelidir. 5- Testler en fazla 5 dakika içerisinde sonuç vermelidir. 6- Testler su ve nem geçirmez ambalajda olmalıdır. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarası görülebilmelidir. Test basit şekilde uygulanabilir olmalı, sadece örnek toplamak için idrar kabı gerektirmelidir. 7- Doğruluk oranı konfirmatif (GC-MS) ve diğer immünolojik yöntemler ile karşılaştırıldığında minimum %98 olmalıdır. 8- Testin eşik değeri (cut-off) uluslararası kuruluşlarca (NIDA,SAMSHA) kabul görmüş aşağıdaki değerler gibi olmalıdır;

NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI (Aşağıda bulunan) İDARENİN VERMİŞ / YAYINLAMIŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAKTIR.
- ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ
- ÖDEME MALZEME TESLİMİNE MÜTEAKİP 30 GÜNDÜR.
- SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİFLERİN EN GEC 29.04.2019 TARİHİ SAAT 16:00 YA KADAR HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ'NE ULAŞTIRILMASI GEREKMEKTEDİR

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1.	Uyuşturucu Tarama Kart Test (multi 6 lı) (AMP,BAR,BZD,COC,MOR/OPI,THC)	400	ADET		
2.	Kotinin Testi	200	ADET		

Teslim tarihi:

NOT:Teklifler KDV hariç birim fiyat üzerinden verilmelidir.

FİRMA KAŞE İMZA: