

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

09.12.2020

Sayı : /

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	MEDİKAL OKSİJEN GAZI	1	Metreküp
2 .	AZOT PROTOKSİT GAZI	1	Kilogram

10... / 12 / 2020
Prof. Dr. Hasan Önder GÜMÜŞ
Başhekim

Not:

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYİ ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYİ ALINMAYACAKTIR.
TEKLİFLERİN EN GEÇ 21.12.2020 TARİHİ ve SAAT 17:00 'YE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) MEDİKAL OKSİJEN GAZI

1.1 - Tıbbi oksijen gazı (5lt-10lt-50lt) tüplerle sağlanacak, basıncı 150 atmosferden aşağı olmayacaktır. İlgili tüplerin içindeki gaz miktarı ise aşağıdaki gibi olacaktır.

Medikal Oksijen: 5 lt	150 bar	0,79 m3 x 10 Adet*
Medikal Oksijen: 10lt	150 bar	1.59 m3 x 20 Adet*
Medikal Oksijen: 50lt	150 bar	8,00 m3 x 375 Adet*

*** Miktarlar yıl içerisinde kullanım sıklığına göre değişiklik gösterebilir.**

1.2- Yüklenici firma, Sağlık Bakanlığı'ndan medikal amaçlı Oksijen üretme izin belgesine sahip olacak ve teklif verdiğinde yüklenici firma direk üretici değil bayi ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu Medikal amaçlı Oksijen Dolum İzin Belgesini ve bayi kendisinin yine Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı Oksijen Dolum İzin Belgesini ibraz edecektir. Ayrıca bayi, halen bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair bir yazıyı ibraz edecektir.

1.3-Tıbbi oksijen gazının saflığı %99,5 olacaktır.

1.4-Tüplerin nakliyesi, hastanelerin göstereceği yere boşaltılması firmaya aittir. Yükleme boşaltma alanının emniyeti için tertibatı hazırlayacaktır

1.5-Tüplerin üzeri gazların cinsini bildirir şekilde etiketlenecek, tüplerin üzerinde imal yılı, üretici firma adı, test basıncı, dolum basıncı, son test tarihi açık şekilde yazılı olacaktır.

1.6-Tüplerin, TSE Standartlarına göre sağlık ve emniyetli bir hale getirilmesi, ihaleyi alan firmaya ait olup, doğabilecek hukuki işlerden firma sorumlu olacaktır. Bu iş için ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir

1.7- Hava şartları, afet vb. olumsuzluklar için de hastanenin en az 10 günlük ihtiyacını karşılayacaktır.

1.8-Tüp ihtiyacı olduğunda tek tüp ya da birden fazla tüp istenebilecektir. Tüpler için ek ücret talep edilmeyecektir.

1.9- Tüplerin contaları yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Kurumumuz teknik personeli tarafından tüp montajı esnasında kullanılacaktır.

1.10- Hastane tüplerinin yetmemesi ya da uygun olmaması durumunda yüklenici firma tüpleriyle hastane ihtiyacı karşılanacaktır. Yüklenici firma tüpleri, kullanım sonunda teslim edilecektir.

1.11- Sızdırmazlık, basınç direnci testi belirlenen sürede standartlara uygun şekilde yapılacaktır.

1.12- Firma, istenilen gaz stoklarını en az iki gün yetebilecek kadar hastanede, 10 gün süre ile de depolarında bulundurmak mecburiyetindedir.

1.13-Tüplerin nakliyesi ve hastanenin göstereceği yere ve usulüne uygun olarak boşaltılması yüklenici firmaya aittir.

1.14-Firma tarafından hastanemize verilecek tıbbi gazın ilgili standartlara ve evsafına sahip olmaması nedeniyle 3. şahıslara ait tıbbi ve mali sorumluluk firmaya ait olacaktır.

1.15- Boyası eskimiş, yıpranmış ve paslı olan tüpler firma tarafından boyanacaktır. Mevcut tüplerin bakımı yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılacaktır

İskender Erdoğan

Fatih Aydemir

1.16- Yukarıdaki maddelere uymayan tüplerle hizmet verilmesi kabul edilmeyecektir.

1.17-Yukarıdaki teknik şartname hükümleri kullandığımız diğer gazlar içinde geçerli olup medikal özelliğinde olması gerekmektedir.

1.18-Tıbbi gazların kesintisi söz konusu olduğunda yüklenici firma hiçbir gerekçe olmadan gaz teminini durduramayacağını taahhüt etmelidir.

1.19- Firma getirmiş olduğu Medikal Gazları hafta içi mesai saatleri içerisinde kuruma teslim edecektir.

2.) AZOT PROTOKSİT GAZI

2.1- Azot Protoksit Gazı (5 LT, 10 LT ve 50 LT) tüplerle sağlanacaktır. Bu tüplerin içindeki gaz miktar ise aşağıdaki gibi olacaktır.

AZOT PROTOKSİT GAZI: 5lt	3 KG x 9 Adet*
AZOT PROTOKSİT GAZI: 10lt	7,5 KG x 6 Adet*
AZOT PROTOKSİT GAZI: 50lt	35 KG x 6 Adet*

* Miktarlar yıl içerisinde kullanım sıklığına göre değişiklik gösterebilir.

2.2- Tüplerin nakliyesi, hastanelerin göstereceği yere boşaltılması ve boşların alınması firmaya aittir.

2.3- Tüplerin contaları yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Kurumumuz teknik personeli tarafından tüp montajı esnasında kullanılacaktır.

2.4- Tüpler gazların cinsini bildirir şekilde etiketlenecek, tüplerin üzerinde imal yılı, üretici firma adı, test basıncı, dolum basıncı, son test tarihi açık şekilde yazılı olacaktır.

2.5- Azot Protoksit gazı Avrupa ve Türk farmakopilerine uyacak şekilde en az %98 saflıkta olmalıdır. Firma her tüpü bu saflığı onaylar sertifika ile teslim etmelidir

2.6- Boyası eskimiş, yıpranmış ve paslı olan tüpler, firma tarafından ücretsiz boyanmalıdır. Mevcut tüplerin bakımı yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılacaktır

2.7- Yukarıdaki maddelere uymayan tüplerin kabulü yapılmayacaktır.

2.8-Tıbbi gazların kesintisi söz konusu olmadığı için ihaleyi alan firma hiçbir gerekçe altında ihtiyaç teminini durduramayacağını taahhüt eder.

2.9- Firma getirmiş olduğu Medikal Gazları hafta içi mesai saatleri içerisinde kuruma teslim edecektir.

2.10- Siparişler yüklenici firmaya hastane tarafından sözlü veya yazılı olarak bildirilmesini müteakip, en geç 24 saat içerisinde yüklenici firma tarafından medikal gaz toplama ve dağıtım birimine teslim edilecektir. Hastanemiz acil durumlarda tüp dolumu veya dolu tüp isteyebilir; yüklenici bunu acil durumlarda tedarik edecektir.

2.11- Yüklenici Resmi Gazetenin 31.12.2012 tarih ve 28514 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe giren taşınabilir basınçlı ekipmanlar yönetmeliğinde ki kriterlere uygun olmalıdır.

2.12- Yüklenici firma, İl Sağlık Müdürlüğü'nden almış olduğu depolama dağıtım izin belgesine sahip olacak ve teklifiyle birlikte ibraz edecektir. Sorumlu müdür izin belgesini de ibraz edecektir.

3.GENEL ÖZELLİKLER

3.1- Eksik ve arızalı gelen tüpler yüklenici firmaya iade edilir. İkinci bir dolum ücreti talep edilemez. Hastaneye ait tüplerin yeterli olmaması durumunda istenilen miktardaki tüpleri yüklenici firma emanet olarak teslim edecektir.

3.2- Boş tüpler, tüp alındı fişi ile teslim alınacaktır. Dolu tüp tesliminde ise sevk irsaliyesi kesilecek olup yetkili teknik personellerin karşılıklı imzaları atılacaktır.

3.3- Tüp vanaları, üzerinde yüklenici veya gazın adının yazılı olduğu isim logosu yer alan ısı ile daraltılmış emniyet bandı ile kapatılmış olacaktır.

İskender Erdoğan

Fatih HYDEMİR

- 3.4- Medikal amaçlı tıbbi gazlar 1. (birinci) derece insan yaşamı ile ilgili olup, yüklenici firma üretim, depolama, nakliye kullanma süresinde gazın tıbbi özelliklerinin korunmasını taahhüt edecektir.
- 3.5- Medikal gazlar hakkında yüklenici firma, ilgili hastanemiz personeline ücretsiz olarak eğitim verecek ve bunu sertifikalandıracaktır.
- 3.6- Talep edilen gazlar hafta içi, hafta sonu, bayram ve resmi tatil günlerinde de (yılın 365 günü) temin edilerek sevkiyatı yapılacaktır. Sevkiyat kampüs içi uygun araçlar ile yapılacaktır. Sözleşme imzalanan firmalar, sevkiyatı yapan araçlarının herhangi bir bölgesinde yağ sızıntısı olmamasına, sevkiyat araçlarının standartlara uygunluğuna hassasiyetle önem gösterecektir. Yağ kaçağı olan ve standartlara uygun olmayan araçlarla tüp sevkiyatı yapan firmaların sevkiyatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 3.7- Hastanede kullanılan veya kullanılacak olan tüplerin basınç testleri kullanıldığı yıl ücretsiz olarak yüklenici firma tarafından yapılacak ve belgelendirilecektir. İlgili firmanın periyodik testleri yapmaya yetkisi olmadığı durumlarda ise yüklenici firmanın, mobil tüplerin testlerini yetkili bir firmada yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir.
- 3.8- Faturalar 2 aylık periyotlarla yılda 6 kez olarak kesilecektir.
- 3.9- Fakültemizde kullanılan mevcut medikal gaz tüpleri taşıma ve dolum işlemleri firma tarafından yönetmeliklere uygun olarak yapılacaktır. Fiyat teklifleri ise Medikal Oksijen tüpleri için "m³" ; Azot Protoksit Gazı tüpleri için "Kg" cinsinden verilecektir.
- 3.10- Fiyat teklif geçerlilik süresi (01.01.2021-31.12.2021) bir yıldır.

İskender Erdoğan

Fatih AYDÖMÜR