

**T.C.**  
**Erciyes Üniversitesi**  
**Diş Hekimliği Fakültesi**

**Diş Hekimliği Fakültesi**

**11.02.2021**

**Sayı : / DT - 9**

**Konu : Teklif Mektubu Hakkında**

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

**Aytaç KUZLAK**  
**Hastane Müdürü V.**

| S.No | Malzemenin Adı                  | Miktarı | Ölçü Birimi |
|------|---------------------------------|---------|-------------|
| 1 .  | MUM İSKELET DESEN PLAK          | 30      | Kutu        |
| 2 .  | MUM İSKELET DÜZ PLAK            | 30      | Kutu        |
| 3 .  | POLİSAJ FIRÇA, SİYAH KIL, BÜYÜK | 120     | Adet        |
| 4 .  | SEPRE ELMAS SONSUZ              | 20      | Adet        |
| 5 .  | DEZENFEKTAN, ÖLÇÜ               | 80      | Litre       |
| 6 .  | LİKİT, DENTİN                   | 10      | Litre       |
| 7 .  | SPREY OKLÜZYON                  | 3000    | Mililitre   |

## TEKNİK ŞARTNAME

### 1 . ) MUM İSKELET DESEN PLAK

- İskelet dökümü için uygun olmalıdır ve yazlık olmalıdır.
- Yaprak desenli plak şeklinde olmalı ve 0,5 mm kalınlıkta olmalıdır.
- Mevcut revetmanlarla uyumlu olmalıdır,
- Ön ısıtma fırınında ısıtıldığında geride artık bırakmamalıdır,
- Ürün ambalajı üzerinde ürünün özelliğini gösteren bilgiler bulunmalıdır,
- En az 1 yıl raf ömrü olmalıdır,
- Ürün denenecektir,
- Ürün orijinal ambalajında olmalıdır,
- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

### 2 . ) MUM İSKELET DÜZ PLAK

- İskelet dökümü için uygun olmalıdır ve yazlık olmalıdır.
- Düz plak şeklinde ve kalınlığı 0,5 mm olmalıdır,
- Mevcut revetmanlarla uyumlu olmalıdır,
- Ön ısıtma fırınında ısıtıldığında geride artık bırakmamalıdır,
- Ürün ambalajı üzerinde ürünün özelliğini gösteren bilgiler bulunmalıdır,
- En az 1 yıl raf ömrü olmalıdır,
- Ürün denenecektir,
- Ürün orijinal ambalajında olmalıdır,
- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

### 3 . ) POLİSAJ FIRÇA, SİYAH KIL, BÜYÜK

- Gövdesi plastik olmalıdır,
- Çapı en az 5 cm olmalıdır
- Mevcut cila motorunun dönen başlığına uygun çapta deliği olmalıdır,
- Fırçanın kılları metalin üzerinde iz bırakacak sertlikte olmamalıdır,
- Fırçanın kılları gövdeye sıkı şekilde sabitlenmiş olmalıdır,
- Fırçanın kıl şekilleri ve büyüklüğü iskelet metali ve akril parlatmak için uygun olmalıdır, komisyon tarafından seçilecektir,
- Ürün denenecektir,
- Ürün orijinal ambalajında olmalıdır,
- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

#### 4 . ) SEPA RE ELMAS SONSUZ

1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 adet" ' içindir,
2. Piyasemende kullanmaya uygun olmalıdır,
3. Porselen kron köprü çalışmalarında tesviye aşamasında kullanılmak üzere sinterize edilmiş elmas partiküllerinden yapılmış olmalıdır,
4. Kırılmaya karşı dirençli olmalıdır,
5. Çalışma esnasında titreşim ve balans yapmamalıdır,
6. İki yüzeyi de aktif olmalıdır,
7. Aktif yüzeyleri mandren gövdesine kadar tamamen elmas olmalıdır,
8. Separe kalınlığı 0,2-0,5 mm aralığında olmalıdır,
9. Farklı aşındırma özelliğine sahip gren seçenekleri olmalıdır, seçim komisyon tarafından yapılacaktır,
10. Ürün numunesi denenecektir,
11. Ürün tekli plastik özel ambalajında mandreni ile birlikte olmalıdır,
12. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi ve broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

#### 5 . ) DEZENFEKTAN, ÖLÇÜ

1. Bu ürün için verilecek birim teklif "bir" litredir,
2. Hasta ağzından aljinat, silikon(kondansasyon veya ilave reaksiyonlu) veya polieter ölçü maddeleri ile alınan ölçülerin dezenfeksiyonunda kullanım için uygun olmalıdır,
3. Aldehit içermemelidir,
4. Ölçünün boyutsal stabilitesini etkilememelidir,
5. Virüsler, bakteriler, mantarlar üzerine etkili olmalıdır,
6. TSEN 13727/A1:2013 standartlarında test edilmiş olmalıdır,
7. Kullanıma hazır olmalıdır,
8. % 80-85, etanol, % 12-15 2-propanol ve %1-2 oranında yüzeyaktif maddeler içermelidir.
9. Ürün bir litrelik sprey özelliği olan plastik kaplarda olmalıdır.
10. Ürün numunesi denenecektir.
11. Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait güncel malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte Türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

## 6 . ) LİKİT, DENTİN

1. Metal desteksiz ve metal destekli porselen kron köprü çalışmalarında porselen tozunun çalışma likidi olmalıdır,
2. Porselen sistemlerinde akma ve form kaybını önlemelidir,
3. Çalışılması güç olan ince grenli porselen tozlarına destekleyici kıvamı olmalıdır,
4. Gerekli çalışma süresini koruyarak uzun süre tozun istenilen kıvamda kalmasını sağlamalıdır,
5. İşlenen porselenin model üzerinden kırılmadan çıkmasına destekleyici etkisi olmalıdır,
6. Pişimden sonra aşırı küçülme, çatlama, yapı değişimi gibi durumlar görülmemelidir,
7. Pişim sonrası porselende renk değişimine sebep olmamalıdır,
8. Her marka porselen tozuna uyumlu olmalıdır,
9. Ön Kurutma Süresi 2-4 dakika aralığında olmalıdır,
10. 950-1100 mililitre arası kapaklı kaplarda olmalıdır,
11. Fırça ile uygulanabilir olmalıdır,
12. CE belgesi olmalıdır,
13. Ürün üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır,
14. Ürün numunesi denenecektir,
15. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
16. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

## 7 . ) SPREY OKLÜZYON

1. Bu ürün için birim teklif mililitre ' dir,
2. Kuron, köprü ve hareketli protezlerin metal altyapılarında erken temasları bulmak için tasarlanmış olmalıdır,
3. Su ile temizlenebilir olmalı ve iz bırakmamalıdır
4. Püskürtme ucu sayesinde alçı model üzerinde homojen bir tabaka oluşturabilmelidir,
5. Toksikolojik madde içermemelidir,
6. CE belgesi olmalıdır,
7. Ürün üzerinde menşei ülke, marka ve son kullanım tarihi bulunmalı ve silinmeyecek şekilde olmalıdır.
8. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır,
9. Ürün numunesi denenecektir,
10. Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular satın alma komisyonunca değerlendirmeye alınmayacaktır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

**NOT :**

|                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |
| TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.                                                                                                                                       |
| ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.                                                                                              |
| SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.                                                                                                                                                   |
| TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.                                                                                                                 |
| TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.                                                                                                                                 |
| TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.                                                                                                                                             |
| NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.                                                                                                                          |
| <b><u>TEKLİFLERİN EN GEÇ 15.02.2021 TARİHİNE KADAR DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.</u></b>                                                                                 |