

**T.C.**  
**Erciyes Üniversitesi**  
**Diş Hekimliği Fakültesi**

**Diş Hekimliği Fakültesi**

**11.02.2021**

**Sayı : / DT - 10**

**Konu : Teklif Mektubu Hakkında**

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

**Aytaç KUZLAK**  
**Hastane Müdürü V.**

| S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |
|------|----------------|---------|-------------|
| 1 .  | AYNA SAPI      | 50      | Adet        |
| 2 .  | SOND, ORAK     | 50      | Adet        |
| 3 .  | FULVAR AMALGAM | 50      | Adet        |
| 4 .  | SPATÜL AĞIZ    | 25      | Adet        |
| 5 .  | EKSKAVATÖR     | 50      | Adet        |
| 6 .  | PRESEL         | 50      | Adet        |

## TEKNİK ŞARTNAME

### 1 . ) Ayna SAPI

- 1.Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 adet" üzerinden olmalıdır.
- 2.Paslanmaz çelikten olmalı.
- 3.Üzerinde markası, menşei yazılı olmalıdır.
- 4.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulma ve korozyona uğramamalıdır.
- 5.Ayna sapı ilaçların yapışmaması için pürüzsüz, düz kolay temizlenebilir olmalıdır.
- 6.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

### 2 . ) SOND, ORAK

1. Alet paslanmaz çelikten olmalıdır.
2. Sondun ucu çengel şeklinde olmalıdır.
3. Aletin sapları kirlenmeye karşı düz pürüzsüz olmalıdır.
4. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulma ve korozyona uğramamalıdır.
5. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

### 3 . ) FULVAR AMALGAM

- 1.Korozyona karşı dirençli olmalı
- 2.Sap kısmı tırtıksız ve nikelajlı olmalı
- 3.Boyutları komisyon tarafından belirlenecektir
- 4.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

### 4 . ) SPATÜL AĞIZ

- 1.Alet paslanmaz ve korozyona karşı dirençli çelikten yapılmış olmalıdır.
- 2.Çift taraflı kullanıma uygun aktif ve esnek uçları olmalıdır.
- 3.Her türlü dezenfeksiyon solüsyonlarına ve sterilizasyon koşullarına dayanıklı olmalıdır.
- 4.Spatülün uç kısımlarının açılar birbirinden farklı ve kolaylıkla deforme olmayan kalınlıkta(0,45-0,6) olmalıdır.
- 5.Aletlerin tutucu kısımları üzerinde dolgu artıklarını barındırmayacak ve kolay temizlenebilecek şekilde pürüzsüz olmalıdır.
6. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

## 5 . ) EKSKAVATÖR

- 1) Çift taraflı, çabuk köreلمeyen, keskin kenarlı, elle tutulan kısım köşeli olmalı tırtıklı olmamalıdır.
- 2) Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı olmalıdır.
- 3) Paslanmaz metalden imal edilmiş olmalı, polisajı düzgün olmalıdır.
- 4) Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı korozyona uğramamalıdır.
- 5) Ürün orijinal ambalajında ve üzerinde silinmeyecek şekilde markası yazılı olmalıdır.
- 6) Farklı form ve ebatlarda seçilerek alınacaktır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

## 6 . ) PRESEL

1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulmaya veya korozyona uğramamalı.
3. Polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı.
4. CE belgesi olmalıdır.
5. Uçları birbiri ile iyi kapanmalıdır.
6. Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

## NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

**TEKLİFLERİN EN GEÇ 15.02.2021 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.**