

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

11.04.2022

Sayı : / DT - 39

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	AĞIZ İÇİ FOSFOR PLAK NO:2	6	Adet
2 .	PAT, KÖK KANAL DOLGU	25	Adet
3 .	BOND, SELF ETCH, İKİ AŞAMALI	1	Kutu

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1.) AĞIZ İÇİ FOSFOR PLAK NO:2

- 1.Teklif edilecek filmler, kurumumuzda mevcut bulunan INSTRUMENTARIUM DENTAL-EXPRESS ve DÜRR-DENTAL marka fosfor plak tarayıcısına uyumlu olmalıdır.
- 2.Fosfor plaklar ince, esnek ve kablolu olmalıdır.
- 3.Fosfor plaklar esnemesinden dolayı sensör yüzeyi kırılmayacak yapıda olmalıdır.
- 4.Erişkin boyutu en fazla 31 x 41 mm olmalıdır.
- 5.Fosfor plakların aktif alanı %100 olmalıdır.
- 7.Fosfor plakların çözünürlükleri en az 17 lp/mm olmalıdır.
8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

2.) PAT, KÖK KANAL DOLGU

1. Reçine esaslı olacaktır.
2. Ürünün doku uyumu yüksek olacaktır.
3. Dişi renklendirmemelidir.
4. Radyo opak olmalıdır.
5. Gutta-perkalarla uyumlu olacaktır.
6. Termoplastik dolum teknikleri ile de kullanılabilir.
7. Ürünün çalışma süresi 23°C de yaklaşık 30-40 dk olmalıdır.
8. Ürünün sertleşme süresi 37°C de yaklaşık 40-50 dk olmalıdır.
9. Ürünün tüpleri 1:1 oranında karıştırılmalıdır.
10. Ürünün self-adeziv özelliği olmalıdır.
11. Ürünün Base kısmı ; %29 epoksi oligomer rezin, % 18 Etilen glikol salisilat, % 17 kalsiyum fosfat, %26 Bizmut subkarbonat, % 10 Zirkonyum oksit içermelidir.
12. Ürünün Katalitör kısmı ; % 31 Poli aminobenzoat, % 5 Triethanolamin, % 29 Kalsiyum fosfat, % 21 Bizmut subkarbonat, % 10 Zirkonyum oksit, % 4 Kalsiyum oksit içermelidir.
13. Ürün saklama koşulları 18°C-24°C arasında olmalıdır.
14. Son kullanma tarihi yüklenici firmanın teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalı.
15. Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, CE belge ibaresi yazılı olmalıdır.
16. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi, broşürü veya kataloğu olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.

3 .) BOND, SELF ETCH, İKİ AŞAMALI

- 1.Self-etching, 2 aşamalı adeziv olmalıdır
 - 2.Primer ve Bonding olarak iki ayrı plastik şişede olmalı
 - 3.Ayrıca asitlemeye gereksinim olmamalı
 - 4.1 kutusuyla yaklaşık 150 kullanımlık materyal bulunmalı.
 - 5.Primer ve bond en az 5 ml'lik ayrı ambalajlarda olmalı.
 - 6.Mine ve dentine bağlanması 20 MPa' ın üzerinde olmalıdır.
 - 7.Primer MDP fonksiyonel monomer içermeli.
 - 8.Işıklı polimerize olan kompozit, seromer ve kompomer restorasyonlar da kullanılabilir.
 - 9.LED ışık cihazıyla polimerize edilebilir.
 - 10.Buzdolabında saklama gereksinimi olmamalı
 - 11.Kutusunda bonding damlatılabileceği kuyucuklar bulunmalı. Kuyucukların üzeri polimerizasyonu engellemek için kapatılabilir.
 - 12.Kuyucuğa damlatılınca hızlı sertleşerek materyal zayıflama sebepleri olmamalı.
 - 13.İstendiğinde bonding ajan dual cure şeklinde de kullanılabilir.
 - 14.Kutusunda en az 50 adet aplikatör bulunmalı
 - 15.Tüplerin üzerinde, markası, menşei, üretici firma adı, ışınlama süresi, son kullanma tarihi olmalıdır.
 - 16.CE belgeli olmalıdır.
 - 17.Son kullanma tarihi teslim tarihi itibarıyla en az 18 ay olmalıdır.
 - 18.Örijinal ambalajı Türkçe kullanım kılavuzu içermelidir.
 - 19.Ürün numunesi komisyonca değerlendirilecektir.
- Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 18.04.2022 TARİHİNE KADAR DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.