

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

09.05.2022

Sayı : / DT - 44

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	FREZ ELMAS ROND 4,0 MM	30	Adet
2 .	FREZ CERRAHİ PİYESEMEN İÇİN ROND 4,0 MM	120	Adet
3 .	FREZ ELMAS ROND 5,0 MM	30	Adet
4 .	FREZ CERRAHİ PİYESEMEN İÇİN ROND 5,0 MM	30	Adet
5 .	FREZ CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN ROND 1,8 MM	10	Adet
6 .	FREZ CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN ROND 2,7 MM	100	Adet

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) FREZ ELMAS ROND 4,0 MM

1) Cerrahi işlemler için kemik dokusunu kesmek için kullanıma uyumlu olmalıdır. 2) Üretici firma avrupa menşeli olmalıdır. 3) Firma uluslararası CE belgesine sahip olmalıdır. 4) Frezler cerrahi piyasemenler ile çalışmaya uyumlu olmalıdır. 5) Maksimum 40.000 rpm hızda çalışmaya uyumlu olmalıdır. 6) Çapı 4,0 mm olacaktır. 7) Uzunluğu en fazla 7 cm olmalıdır. 8) Yüksek arındırma özelliğine sahip elmas olmalıdır. 9) Piyasemene yerleştirildikten sonra çalışma esnasında yer değiştirmemelidir. 10) Numunesi olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

2 .) FREZ CERRAHİ PİYESEMEN İÇİN ROND 4,0 MM

1.Yekpare sert metal Tungsten-Karbid alaşımından üretilmiş olmalıdır.
2.Frezler cerrahi piyasemenler ile çalışmaya uyumlu olmalıdır.
3.Cerrahi işlemler esnasında, kemik ve diş dokusunu kesmek için kullanılmalıdır.
4.Steril edilebilmelidir ve sterilizasyondan sonra herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır.
5.Dayanıklı ve sağlam olmalıdır.
6.Üretici firma avrupa menşeli olmalıdır.
7.Firma uluslararası CE belgesine sahip olmalıdır.
8.100000 rpm hıza kadar çalışmaya uyumlu olmalıdır.
9.Numunesi olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10.Rond frezlerin çapları komisyon tarafından seçilecektir.
11.Frez boyları 4,5 cm. ve 6,5 cm. olmalıdır.
Adetler satınalma komisyonunca belirlenecektir.
12.Piyasemene yerleştirildikten sonra çalışma esnasında yer değiştirmemelidir.Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

3 .) FREZ ELMAS ROND 5,0 MM

1) Cerrahi işlemler için kemik dokusunu kesmek için kullanıma uyumlu olmalıdır. 2) Üretici firma avrupa menşeli olmalıdır. 3) Firma uluslararası CE belgesine sahip olmalıdır. 4) Frezler cerrahi piyasemenler ile çalışmaya uyumlu olmalıdır. 5) Maksimum 40.000 rpm hızda çalışmaya uyumlu olmalıdır. 6) Çapı 5,0 mm olacaktır. 7) Uzunluğu en fazla 7 cm olmalıdır. 8) Yüksek arındırma özelliğine sahip elmas olmalıdır. 9) Piyasemene yerleştirildikten sonra çalışma esnasında yer değiştirmemelidir. 10) Numunesi olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4 .) FREZ CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN ROND 5,0 MM

- 1.Yekpare sert metal Tungsten-Karbid alaşımından üretilmiş olmalıdır.
- 2.Frezler cerrahi piyasemenler ile çalışmaya uyumlu olmalıdır.
- 3.Cerrahi işlemler esnasında, kemik ve diş dokusunu kesmek için kullanılmalıdır.
- 4.Steril edilebilmelidir ve sterilizasyondan sonra herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır.
- 5.Dayanıklı ve sağlam olmalıdır.
- 6.Üretici firma avrupa menşeli olmalıdır.
- 7.Firma uluslararası CE belgesine sahip olmalıdır.
- 8.100000 rpm hıza kadar çalışmaya uyumlu olmalıdır.
- 9.Numunesi olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 10.Rond frezlerin çapları komisyon tarafından seçilecektir.
- 11.Frez boyları 4,5 cm. ve 6,5 cm. olmalıdır.

Adetler satınalma komisyonunca belirlenecektir.

12.Piyasemene yerleştirildikten sonra çalışma esnasında yer değiştirmemelidir.Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

5 .) FREZ CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN ROND 1,8 MM

- 1.Yekpare sert metal Tungsten-Karbid alaşımından üretilmiş olmalıdır.
- 2.Frezler cerrahi piyasemenler ile çalışmaya uyumlu olmalıdır.
- 3.Cerrahi işlemler esnasında, kemik ve diş dokusunu kesmek için kullanılmalıdır.
- 4.Steril edilebilmelidir ve sterilizasyondan sonra herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır.
- 5.Dayanıklı ve sağlam olmalıdır.
- 6.Üretici firma avrupa menşeli olmalıdır.
- 7.Firma uluslararası CE belgesine sahip olmalıdır.
- 8.100000 rpm hıza kadar çalışmaya uyumlu olmalıdır.
- 9.Numunesi olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 10.Rond frezlerin çapları komisyon tarafından seçilecektir.
- 11.Piyasemene yerleştirildikten sonra çalışma esnasında yer değiştirmemelidir.Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

6 .) FREZ CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN ROND 2,7 MM

- 1.Yekpare sert metal Tungsten-Karbid alaşımından üretilmiş olmalıdır.
- 2.Frezler cerrahi piyasemenler ile çalışmaya uyumlu olmalıdır.
- 3.Cerrahi işlemler esnasında, kemik ve diş dokusunu kesmek için kullanılmalıdır.
- 4.Steril edilebilmelidir ve sterilizasyondan sonra herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır.
- 5.Dayanıklı ve sağlam olmalıdır.
- 6.Üretici firma avrupa menşeli olmalıdır.
- 7.Firma uluslararası CE belgesine sahip olmalıdır.
- 8.100000 rpm hıza kadar çalışmaya uyumlu olmalıdır.
- 9.Numunesi olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 10.Rond frezlerin çapları komisyon tarafından seçilecektir.
- 11.Piyasemene yerleştirildikten sonra çalışma esnasında yer değiştirmemelidir.Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 16.05.2022 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.