

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

26.05.2022

Sayı : / DT - 51

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	GAZLI BEZ, HİDROFİL, 5*5 CM	200000	Adet
2 .	WRAP KAĞIDI 100*100 (TEKSTİL OLAN)	1000	Adet

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) GAZLI BEZ, HİDROFİL, 5*5 CM

- 1) Kullanılan gaz bezi, yağı alınmış %100 pamuk ipliğinden dokunmuş tül bent olmalıdır.
- 2) Kullanılan gaz bezi 30/1 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.
- 3) Gaz kompresler beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.
- 4) Gaz kompreslerin üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisimler, ek yeri ve parça bulunmamalıdır.
- 5) Kullanılan gaz bezin dokuması sağlam ve düzgün olmalıdır.
- 6) Gaz kompreslerin cm²'deki tel sayısı TS 14079' a (Hidrofil pamuklu gazlı bez ile hidrofil pamuklu ve vizkoz gazlı bez için performans özellikleri ve deney yöntemleri) uygun olmalıdır. Hidrofilik (emcilik) özelliği iyi olmalıdır ve batma süresi 10sn'den az olmalıdır.
- 7) Gaz kompresler üzerinde boya maddeleri bulunmamalıdır.
- 8) Gaz kompresler kenarları iplik vermeyecek şekilde içe katlanmış olmalıdır.
- 9) Gaz kompreslerin kolileri üzerinde firma bilgileri, boyutları, miktarı ve hidrofil 1 olduğu, üretim tarihi, parti numarası bilgileri bulunmalıdır.
- 10) Gaz kompresler 5x5 cm ebadında ve 12 kat olacaktır.
- 11) Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

2 .) WRAP KAĞIDI 100*100 (TEKSTİL OLAN)

- 1-Non-woven (dokunmamış kumaş) olmalıdır.
- 2-Tıbbi amaçlı üretilmiş olmalıdır. İşlem sırasında buharın kolayca penetre olmasını sağlamalı, depolama sırasında ise bakterilere karşı bariyer sağlayabilecek özellikte olmalı.
- 3-Buhar sterilizasyonuna uygun olmalıdır.
- 4-Metrekaresi en az 60 gr ağırlıkta olmalıdır.
- 5-Su geçirmez olmalıdır.
- 6-Tepsilerin kolay paketlenebilmesi için kolay katlanabilir olmalıdır.
- 7-Sterilizasyon sonrası açıldığında kırışmamalı ve bu sayede steril sahada aseptik tekniğin uygulanmasında kolaylık sağlamalıdır.
- 8-Sterilizasyon sonrası yıpranma, yırtılma olmamalıdır.
- 9-TS EN-868 standartlarına uygunluğu belgelenmiş olmalıdır.
- 10-Normal oda şartlarında (15-30°C, %35-60 nem) saklanabilmelidir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
<u>TEKLİFLERİN EN GEÇ 06.06.2022 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.</u>