

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

17.06.2022

Sayı : / DT - 61

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	FİSSÜR ÖRTÜCÜ	120	Adet
2 .	KALSİYUM SİLİKAT ESASLI KUAFAJ MATERYALI	80	Adet
3 .	YAĞ AERATÖR	120	Adet

TEKNİK ŞARTNAME

1.) FİSSÜR ÖRTÜCÜ

1. Ürün, düşük viskoziteye sahip olmalıdır.
2. Materyal özel şırıngası içinde olmalı ve en dar pit ve fissürlere kolayca uygulanabilmelidir.
3. Ürün renkli olmalı tam olarak polimerize olduğunda opak renge dönmelidir.
4. Ürün ışınlanmaya başlamasından sonra en fazla 20 saniyede polimerize olmalıdır.
5. Ürün, flor salgılamalıdır.
6. Her bir adet fissür örtücü şırınga için en az 20 adet siyah fissür örtücü şırınga ucu verilmelidir. Şırıngaya uyumlu bu uç en fazla 0,45 mm kalınlığında olmalıdır.
7. Fissür örtücü enjektör ile diş yüzeyine kontrol edilebilir şekilde konabilmeli, enjektöre basınç uygulanmadığı zaman kendiliğinden akamamalıdır.
8. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
9. Ürün CE standartlarında olmalı ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir.
10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

2.) KALSİYUM SİLİKAT ESASLI KUAFAJ MATERYALI

1. Etken maddesi rezin modifiye kalsiyum silikat olmalıdır.
2. Pulpa koruyucu olarak kuafaj tedavisinde ve rezin esaslı restoratif materyallerin altında kaide materyali olarak kullanılabilir.
3. Işık ile sertleşmelidir.
4. En az 1 gramlık ışık geçirmeyen tüplerde olmalıdır.
5. Yanında en az 10 adet tek kullanımlık yedek uçları olmalıdır.
6. Kutu üzerinde markası, meşeyi ve gramajı yazılı olmalıdır.
7. Son kullanma tarihi ürünün teslim tarihinden en az 2 yıl olmalıdır.
8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

3.) YAĞ AERATÖR

- 1) Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat " 500 mililitre" ' dir
- 2) En fazla 500 ml spreyleyici halinde olmalı,
- 3) Aeratörlerin temizlenmesi ve yağlanması için kullanıma uygun olmalıdır ve bu durum spreyleyici kutunun üzerinde yazmalıdır,
- 4) Hem aeratör hem de endodontik motor anguldruva için ayrı ayrı yağlama işlemini kolaylaştırıcı APARATI olmalıdır,
- 5) Her marka aeratör ile birlikte kullanılabilir olmalıdır,
- 6) Orijinal fabrikasyon olmalı, kutu üzerinde sonradan ilave etiketleme yapılmış olmamalıdır,
- 7) Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır,
- 8) Ürün numunesi denenecektir,
- 9) Ürün orijinal ambalajında olmalıdır,
- 10) HER 5 ADET YAĞ İÇİN BİRER ADET AERATÖR, ENDODONTİK MOTOR ANGULDURVA YAĞLAMA APARATI VERİLECEKTİR.
- 11) Satınalma komisyonuna ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

--

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 27.06.2022 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.