

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

21.06.2022

Sayı : / DT - 62

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	BOWIE - DICK TEST PAKETİ	300	Paket

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) BOWIE - DICK TEST PAKETİ

- 1- Kullanılmaya hazır tek kullanımlık test paketi olmalıdır.
- 2- Test paketleri 134 derecede 3,5 dakikada ön vakumlu buhar otoklavlarında kullanılabilmelidir.
- 3- Medikal kâğıda sarılı olmalıdır.Test paketi 300gr(+20gr) en az 400 yaprak olmalıdır.
- 4- Test kağıdı kimyasal indikatör içermeli, indikatör kağıdında renk dönüşümü yeterli hava tahliyesi, hava sızıntısı, hızlı buhar nüfusu olup olmadığını test edebilmelidir
- 5- Test paketlerinin üzerinde maruziyeti gösteren kimyasal indikatör olmalıdır.
- 6- Test sonucu renk değişimi sabit kalmalı indikatör kağıdı kayıt için en az6 ay saklanabilmelidir.
- 7- Paket üzerindeki etiket vakum sonucu oluşan genleşmeye toleranslı olmalı, paket açılmamalıdır.
- 8- Test kâğıdındaki indikatörlü yüzey, film kaplı olmalıdır.
- 9- Raf ömrü ürün teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalı, paketler oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
- 10- İndikatör kâğıdındaki renk değişimi belirgin olmalı, kullanıcıyı yanılgıya düşürecek şekilde olmamalıdır.Başarılı işlem sonrası ve hatalı işlem sonrası renk farkı açık ve net olmalıdır. Yakın renk tonları olmamalıdır.
- 11- Test paketleri TS EN 11140 - 4 sertifikasına sahip olmalı, sertifika teklif dosyasına eklenmelidir.
- 12- Test kağıdı üzerinde rutin kontrol ve validasyonda kullanılmak üzere kayıt için bilgi boşlukları (tarih, otoklav no., kullanıcı , döngü no. gibi) bulunmalıdır.
- 13- Paket üzerinde üretim veya seri nosu ile üretim tarihi ve son kullanma tarihleri mevcut olmalıdır.
- 14- Mürekkebi kurşun içermemelidir
- 15- Paketin üzerinde test sıcaklığı ve süresi bulunmalıdır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 27.06.2022 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.