

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

23.06.2022

Sayı : / DT - 63

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	POST, FİBER (0.7-1.3 MM-BEYAZ)	350	Adet
2 .	POST, FİBER (0.8-1.6 MM-SARI)	80	Adet
3 .	AYNA BAŞLIĞI (RODYUMLU)	30	Adet
4 .	EDTA, SIVI	50	Şişe
5 .	RETRAKSİYON SIVISI	75	Şişe
6 .	ZIMPARA, AMALGAM	150	Kutu
7 .	OKSİJENLİ SU	4	Litre
8 .	RUBBER DAM LASTİK ÖRTÜSÜ	30	Kutu

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) POST, FİBER (0.7-1.3 MM-BEYAZ)

1. Cam fiber olarak güçlendirilmiş olmalıdır.
2. Ürün estetik, radyopak ve translüsent olmalıdır.
3. Ürünün elastikiyet modülü, dentinin elastikiyet modülüne yakın olup, en az 25 GPa en çok 50 GPa olmalıdır.
4. Ürünün, en az 3 (üç) farklı çapı olmalıdır.
5. Ürün orjinal ambalajı içerisinde en az 5 (beş) adet 0.7 veya 1.3 mm apikal çapında post olmalı ve her 5 adet fiber postla beraber boyutuna uygun 1 (bir) adet drill olmalıdır. Boyutlar renk kodlarıyla hem postun kutusunda hem de drill üzerinde gösterilmelidir.
6. Ürün CE standartlarına uygun olmalıdır ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir.
7. Ürün orjinal ambalajı içerisinde Türkçe kullanma kılavuzu olmalıdır.
8. Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2 .) POST, FİBER (0.8-1.6 MM-SARI)

1. Cam fiber olarak güçlendirilmiş olmalıdır.
2. Ürün estetik, radyopak ve translüsent olmalıdır.
3. Ürünün elastikiyet modülü, dentinin elastikiyet modülüne yakın olup, en az 25 GPa en çok 50 GPa olmalıdır.
4. Ürünün, en az 3 (üç) farklı çapı olmalıdır.
5. Ürün orjinal ambalajı içerisinde en az 5 (beş) adet 0.8 veya 1.6 mm apikal çapında post olmalı ve her 5 adet fiber postla beraber boyutuna uygun 1 (bir) adet drill olmalıdır. Boyutlar renk kodlarıyla hem postun kutusunda hem de drill üzerinde gösterilmelidir.
6. Ürün CE standartlarına uygun olmalıdır ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir.
7. Ürün orjinal ambalajı içerisinde Türkçe kullanma kılavuzu olmalıdır.
8. Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 .) AYNA BAŞLIĞI (RODYUMLU)

- 1.Üzerinde markası, menşei yazılı olmalı.
- 2.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulma ve korozyona uğramamalıdır.
- 3.Estetik tutuş ve renkli gövde olmalıdır.
- 4.Ayna yüzeyi buğu yapmaz ve çizilmelere karşı dirençli olmalıdır.
- 5.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4 .) EDTA, SIVI

- 1- 200 ml şişelerde olmalıdır.
- 2-Şişe içerisinde %17'lik Edta çözeltisi bulunmalıdır.
- 3- Ürün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü olmalıdır.
- 4- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

5 .) RETRAKSİYON SIVISI

- 1- % 20-30'luk Alüminyum klorid içeren solusyon olmalıdır.
- 2-Bir şişe içerisinde, 10-35 ml aralığında retraksiyon sıvısı olmalıdır. Değerlendirme mililitre fiyatı üzerinden yapılacaktır.
- 3-Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır.
- 4-Ürün ambalajının üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
- 5-Ürünün, teslimat sırasında en az 18 (onsekiz) aylık raf ömrü olmalıdır.
- 6-Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

6 .) ZIMPARA, AMALGAM

- 1-Diş aralarına kolayca girebilmeli ve yırtılmamalı.
- 2-Tek yüzü aşındırıcı özellikte olmalıdır.
- 3-12 lik orjinal ambalajında olmalıdır.
- 4-Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 5-Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

7 .) OKSİJENLİ SU

- 1) 500-1000 ml'lik plastik şişelerde olmalı
- 2) %3 'lük hidrojen peroksit içermeli
- 3) Teslim tarihinden itibaren 2 yıl raf ömrü olmalı
- 4) Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

8 .) RUBBER DAM LASTİK ÖRTÜSÜ

- 1.Orjinal ambalajında kutu içeriği en az 36 adet olmalı, latex ve non-latex seçimi yapılabilmelidir.
- 2.En az 150 X 150 mm boyutlarında
- 3.Esnek ve yırtılmayan özellikte olmalıdır.
- 4.Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 28.06.2022 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.